

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501013**Référence****90101360****Nom****SOLUTION TAMPON ACIDE pH 1,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
24/03/2025	12 Mois	24/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
250 ml Solution de Chlorure de sodium 0,2 mol/l
425 ml Solution acide chlorhydrique 0,2 mol/l
QSP 1000 ml eau purifiée Ref VWR 90200
pH=1,2 +/- 0,1

Date**01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité