

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501018**Référence****90103360****Nom****TAMPON PHOSPHATE pH 6.8****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
24/03/2025	12 Mois	24/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
250 ml solution de phosphate monopotassique 0,2 mol/l
112 ml solution d'hydroxyde de sodium 0,2 mol/l
QSP 1000 ml eau purifiée Ref VWR 90200
pH=6,8 +/- 0,1

Date**01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité