

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501035**Référence****90126290****Nom****TAMPON H-04 - regenerated****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
25/03/2025	12 Mois	25/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
2 ml solution BRIJ 35 à 20g/100 ml
12 g Ref Merck 106498 sodium hydroxide
QSP 1000ml eau désionisée

Date**01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité