

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501052**Référence****89330360****Nom****Tampon ionique TISAB IV****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
25/03/2025	12 Mois	25/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
84 ml acide chlorhydrique 37% Ref Prolabo 20252
242 g TRIS(HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE Ref Prolabo 103156
230 g Di Sodium Tartrate Dihydraté Ref Prolabo 28174
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité