

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501061**Référence****87538290****Nom****Tampon NH3****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
26/03/2025	12 Mois	26/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 43,2 g Ammonium Chlorure Ref Merck 101145
- 200 ml Ammoniaque 25 % Ref Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité