

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501080**Référence****MC3113931000****Nom****Etalon silice 500 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/03/2025	12 Mois	27/03/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
233,7 ml Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 500 mg/l SiO₂

Date**01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité