

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2501081****Référence****MC3137341000****Nom****Tampon phosphate solution pH 7,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 27/03/2025         | 12 Mois              | 27/03/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:

8,5 g Dihydrogénophosphate de potassium Ref Merck 104873


21,75 g Hydrogenophosphate de dipotassium Ref PROL 26931

17,69 g Hydrogenophosphate de disodium Ref Merck 106586

1,7 g Chlorure d'ammonium Ref Merck 101145

QSP 1000 ml eau désionisée

Ph ajusté à 7,2

**Date****01/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité