

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501113**Référence****87310290****Nom****Solution étalon carbone COT 3.5 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
31/03/2025	3 Mois	30/06/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,0075 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 3,5 mg/l

Date**09/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité