

Certificate of Analysis

Référence : 89675360 **Solution de Bore à 2500 ppm**

Lot : 2501157 **Date de validité** 02/04/2026

Poids final de la production: **55.24 kg**
soit un Volume de production: **55.00 litres**

CHARACTERISTICS	SPECIFICATIONS	MESURED VALUES
	Pour 1000 ml	Pour 55.24 kg
Acide Borique pour analyses Ref Merck 1.00165 lot AM2038065	14.30 g +/- 0.1 g	786.4 g
Eau désionisée conductivité > 18 Mohm	QSP 1000 ml	conform
pH		4.56

We Certify that this batch conforms to the specifications listed above
BDL : Below detected limit

Signé par:



O. BRINGER , Responsable Qualité