

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501158**Référence****MC3138791000****Nom****Solution étalon carbone COT 10 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/04/2025	3 Mois	02/07/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,02126 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 10 mg/l

Date**09/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité