

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501195**Référence****MC2403161000****Nom****Indicateur TA ajusté à pH 7****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/04/2025	12 Mois	07/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
1,5 g Bleu de thymol Ref ALFA 16272
32,2 ml Soude 0,1 N REF VWR 31770
50 ml Glycérol REF VWR 24385
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**14/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité