

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501209**Référence****89330360****Nom****Tampon ionique TISAB IV****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/04/2025	12 Mois	07/04/2026

CONFORMITE


Conforme au mode opératoire:

84 ml acide chlorhydrique 37% Ref Prolabo 20252

242 g TRIS(HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE Ref Prolabo 103156

230 g Di Sodium Tartrate Dihydraté Ref Prolabo 28174

QSP 1000 ml eau désionisée

Date**14/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité