

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2501222****Référence****89896290****Nom****Tampon Mc ilvaine pH 3.2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 08/04/2025         | 12 Mois              | 08/04/2026                                       |


**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:

Acide citrique ref prolabo 20276 solution 0.1M \*\* 301.2mL

Di-sodium hydrogénophosphate ref Merck 106586 solution 0.2M \*\* 98.80mL

pH=3,20 +/-0,05

**Date****15/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité