



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501249

Référence

88683180

Nom

BUFFER pH 8,3

PRODUCTION

Conditionnement Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
09/04/2025	12 Mois	09/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
5g Sodium tetraborate réf merck 1.06308
2g Acide borique réf merck 1.00165
QSP 1000 ml eau désionisée
pH (20°C) = 8,3

Date	Visa
15/04/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE