

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501252**Référence****89699360****Nom****Cuivre sulfate dans HCl avec teepol****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
09/04/2025	12 Mois	09/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 g Cuivre sulfate pentahydraté Ref Prolabo 23174
50 ml Acide chlorhydrique 37% Ref Prolabo 20252
0,5 ml Teepol Ref TEEP560116C
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**15/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité