

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501276**Référence****89943290****Nom****Mix pour dosage formaldéhyde****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
11/04/2025	12 Mois	11/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
300 g AMMONIUM ACETATE ANALAR NP REAG. PE/ACS VWRC21200
6 ml ACIDE ACETIQUE 100% ANALAR NP ACS/R.PE VWRC20104
4 ml ACETYLACETONE MERCK ref 109600
QSP 2000 ml eau désionisée

Date**15/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité