

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501302**Référence****90398360****Nom****Réactif 2 - Titrant HCl 0.006 mol/l****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD Incolore 5 litres DIN45

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
14/04/2025	12 Mois	14/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
60 ml Acide chlorhydrique 0,1 mol/l Ref VWR 31955
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit un titre de 0,006 mol/l

Date**18/04/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité