



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501351

Référence

34352.290

Nom

Universal indicator solution in ethanol

PRODUCTION

Conditionnement Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
18/04/2025	12 Mois	18/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Eau déminéralisée 400 ml
Rouge de méthyle réf VWR86159 0.2 g
Phénolphtaléine réf VWR83544 0.27 g
Bleu de bromothymol réf merck 1.03026 0.4g
Bleu de thymol réf ALFA16272 0.35 g
Ethanol dénaturé réf VWR 85829 600 ml

Date	Visa
18/04/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE