

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501367**Référence****90430260****Nom****Mix 6 acides****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/04/2025	12 Mois	22/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,266 ml Acide fluorhydrique 40 % réf VWR 20307
0,182 ml Acide chlorhydrique 37 % réf VWR 20252
0,034 ml Acide sulfurique 96% réf VWR 20700
0,07 ml Acide orthophosphorique 85 % réf VWR 20624
0,7337 ml Acide formique 99-100 % réf VWR 20318
0,9533 ml Acide acétique 100 % réf VWR 20104

Date**16/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité