

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2501410****Référence****89742360****Nom****Sodium tetraphenylborate solution 0,02 M****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 25/04/2025         | 12 Mois              | 25/04/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
34.5 g Sodium TetraPhenylBorate PA ref Prolabo 28187  
32.06 g Sodium Hydroxide Ref Merck 106498  
QSP 5000 ml eau désionisée  
pH= 13 +/- 0.5  
Conforme au mode opératoire, Titre vrai non mesuré

**Date****16/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité