

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501423**Référence****MC3110380500****Nom****Tampon pH10 au chlorure d'ammonium****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
28/04/2025	6 Mois	28/10/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Ammonium chlorure Ref Merck 101145
150 ml Ammoniaque Ref Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**16/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité