

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501461**Référence****85595290****Nom****Ammonium solution étalon à 20 mg/l en N****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
30/04/2025	3 Mois	30/07/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,0766 g Ammonium Chlorure Ref Merck 101145
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 20 mg/ NH₄-N

Date**16/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité