

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501545**Référence****85616290****Nom****Tampon ammoniacal pH 9,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
07/05/2025	12 Mois	07/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf 1145 108 g
Ammoniaque 25 % réf 5432 150 ml
Eau QSP 1000 ml
pH(20°C) =9,20 +/- 0,02

Date**16/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité