

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501590**Référence****MC3137341000****Nom****Tampon phosphate solution pH 7,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/05/2025	12 Mois	12/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

8,5 g Dihydrogénophosphate de potassium Ref Merck 104873


21,75 g Hydrogenophosphate de dipotassium Ref PROL 26931

17,69 g Hydrogenophosphate de disodium Ref Merck 106586

1,7 g Chlorure d'ammonium Ref Merck 101145

QSP 1000 ml eau désionisée

Ph ajusté à 7,2

Date**20/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité