

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501595**Référence****85669290****Nom****ETALON PHOSPHATES A 0,4 MG/L EN PO4****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/05/2025	6 Mois	13/11/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,4 ml Etalon phosphate 1000 mg/l Ref merck 1.19898
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration = 0,4 mg/ l en PO4

Date**20/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité