

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501611**Référence****87298360****Nom****Tampon d'hexamethylene tetramine****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/05/2025	12 Mois	13/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
300 g Hexamethylene tetramine réf VWR 24560
22,8 ml Ammoniaque 25 % réf MERCK105432
QSP 1000 eau désionisée

Date**20/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité