

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501630**Référence****87399180****Nom****Solution étalon carbone COT 25 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
14/05/2025	3 Mois	14/08/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,05315 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 25 mg/l

Date**20/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité