

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501660**Référence****89528320****Nom****Titrant brome 0,078M****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/05/2025	12 Mois	16/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
4 ml Brome Ref ALFA 00905
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**20/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité