

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2501668****Référence****90401290****Nom****SOLUTION ETALON TH 0,2°F****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 19/05/2025         | 3 Mois               | 19/08/2025                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
2 mg de Calcium carbonate ref VWR 22300  
QSP 1000 ml eau désionisée  
Soit une concentration de 2 mg/l CaCO<sub>3</sub>

**Date****20/05/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité