

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501685**Référence****87541360****Nom****Complexant calmagite****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/05/2025	12 Mois	19/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 0,080 g Calmagite Ref ALFA B21482
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité