

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2501698****Référence****85730320****Nom****Reactif de lypolyse du lait****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 20/05/2025         | 12 Mois              | 20/05/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:    pH=8,1+/-0,2  
45,5 ml HCl 0,7 N  
45,5 ml EDTA 80 G/L  
909 ML (50 ml triethanolamine  
100ml Cuivre nitrate 1M/L pH8,3  
QSP1000 ml NaCl 270 g/l)

**Date****02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité