

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501753**Référence****MC3072300500****Nom****Solution tampon pH=5,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/05/2025	6 Mois	22/11/2025

CONFORMITEpH (20°C) (tolerance ± 0.02) : 5,18 --> 5,22**Date****02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité