

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501779**Référence****90310320****Nom****Buffer solution mes/tris pH 8.2 (24°C)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
23/05/2025	2 Mois	23/07/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:


Acide morpholinoethanesulfonique monohydraté réf merck 1.06126 9,760g

Tris(hydroxyméthyl)aminométhane réf VWR28808 6,060 g

Eau purifiée 984 ml

pH (24°C)= 8,19

Specifications : 8,18 --> 8,22

Date**02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité