

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501805**Référence****90448300****Nom****Peroxyde d'hydrogène 30 % 6 ml/l en solution aqueuse****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
26/05/2025	12 Mois	26/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
6 ml Peroxyde d'hydrogène 30% réf VWR 23622
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité