

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501831**Référence****903359010****Nom****SOLUTION D – ASTM E340****PRODUCTION****Conditionnement** Fût Métal double enveloppe 10L

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/05/2025	12 Mois	27/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
suivant ASTM E340
7,5 litres acide nitrique 69 % Ref VWR 20425
2,5 litres eau désionisée

Date**02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité