

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2501837**Référence****90104360****Nom****MELANGE BUTANOL / XYLENE 50/50 V/V****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD Fluoré 5 litres homologué UN

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/05/2025	12 Mois	27/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
2500 ml BUTANOL-1 ANALAR NORMAPUR ACS/R.PE VWR 20810
2500 ml XYLENE MEL.D'ISOMERES ANALAR ACS/R.PE Ref VWR 28975

Date**02/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité