

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2501895****Référence****90204360****Nom****ISOPROPANOL SOLUTION A 15 %****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 04/06/2025         | 12 Mois              | 04/06/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
150 ml Alcool isopropylique Ref Prolabo 20842  
QSP 1000 ml eau Pour Analyse Ref VWR 10292

**Date****10/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité