

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501967**Référence****MC3076622000****Nom****Tampon pH=10 pour appareil seres****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
11/06/2025	12 Mois	11/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
18,75 g Sodium hydroxyde Ref Merck 106498
33 g Acide borique Ref Merck 100165
39,7 g Potassium chlorure Ref VWR 26764
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**18/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité