

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2501988**Référence****85646290****Nom****Solution étalon ammonium 1 g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/06/2025	12 Mois	12/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
2,97 g +/- 0,2 % ammonium chlorure Ref MERCK1.01145
QSP 1000 ml eau déminéralisée

Date**18/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité