

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502003**Référence****89110290****Nom****Nital 4 % dans l'éthanol absolu****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/06/2025	24 Mois	13/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
-966 ml ethanol absolu ref Prolabo 20821
- 34 ml acide nitrique 65% ref Merck 1.0456

Date**18/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité