

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502010**Référence****89739320****Nom****Mélange acetonitrile/eau 20/80 V/V****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/06/2025	12 Mois	13/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
200ml Acetonitrile HPLC Ref VWR20060
800ml Eau HPLC Ref VWR83650

Date**18/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité