

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502035**Référence****MC3105510500****Nom****Indicateur mixte neutre****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/06/2025	12 Mois	16/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,040 g Dimidium bromure Ref VWR 20127
0,020 g Bleu de disulfine Ref Merck 112144
10 ml Ethanol absolu Ref VWR 20821
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**25/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité