

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2502070****Référence****89693290****Nom****Mélange iso-octane / toluène (70% / 30%)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 18/06/2025         | 12 Mois              | 18/06/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
300 ml Toluene Ref Prolabo 28676  
700 ml IsoOctane Ref Prolabo 28781

**Date****25/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité