

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502080**Référence****89834300****Nom****Réactif de Villela****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/06/2025	12 Mois	19/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
500mL Ethanol dénaturé 96% VWRC85829
25 ml Acide chlorhydrique HCl 37% VWRC20252
8g Acide picrique solution 12g/l VWRC84512

Date**25/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité