

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502092**Référence****90147360****Nom****POTASSIUM DIHYDROGENOPHOSPHATE 6,8G/L
(0,05M) pH=3,0****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/06/2025	12 Mois	19/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
6.80 g Potassium Dihydrogenophosphate Ref 1.04873
QSP 1000 ml eau désionisée
pH mesurée= 3,04 à 24°C
spec pH 3 (+/-0,1)

Date**25/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité