

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2502094****Référence****90310320****Nom****Buffer solution mes/tris pH 8.2 (24°C)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 19/06/2025         | 2 Mois               | 19/08/2025                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:


Acide morpholinoethanesulfonique monohydraté réf merck 1.06126 9,760g

Tris(hydroxyméthyl)aminométhane réf VWR28808 6,060 g

Eau purifiée 984 ml

pH (24°C)= 8,18

Specifications : 8,18 --&gt; 8,22

**Date****25/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité