

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502102**Référence****89307360****Nom****Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pH 4,6****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/06/2025	12 Mois	20/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
20 g acide borique Ref Merck 100165
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=4,6 +/- 0,1

Date**25/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité