

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2502112****Référence****89330320****Nom****Tampon ionique TISAB IV****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/06/2025	12 Mois	23/06/2026

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
84 ml acide chlorhydrique 37% Ref Prolabo 20252  
242 g TRIS(HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE Ref Prolabo 103156  
230 g Di Sodium Tartrate Dihydraté Ref Prolabo 28174  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****30/06/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité