

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502221**Référence****89732290****Nom****Corrosion G28****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
30/06/2025	12 Mois	30/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
25g Sulfate de fer III Ref Prolabo 24252
236 ml Acide sulfurique 95% Ref merck 100731
400 ml eau désionisée de Type IV

Date**08/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité