

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502243**Référence****90183320****Nom****TAMPON TRIPHOSPHATE DE POTASSIUM
MONOHYDRATE (phase IMP I)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
01/07/2025	6 Mois	01/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
9,5 g POTASSIUM PHOSPHATE TRIBASIC MONOHYDRATE ACRO26379
QSP 2000 ml eau désionisée
Ajusté à pH =11,00 +/- 0,05 avec de l'acide phosphorique 85%
Filtration 0,45 µ

Date**08/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité